

# 产品说明书

产品编号: NBE-236796

版本号: RN6.1



<b>产品名称</b>	NebuEasy™ T2毒素ELISA试剂盒
<b>产品规格</b>	96T
<b>试剂盒参数</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 本试剂盒检测下限为0.01ng/ml</li><li>◇ B0吸光度最佳值应大于1.0</li><li>◇ 试剂盒吸光度板内误差小于8%，板间误差小于15%</li><li>◇ 用本说明书提供的组织样本提取方法回收率大于80%</li><li>◇ 标准曲线范围为0.01ng/ml~0.16ng/ml</li></ul>
<b>储存条件</b>	4°C保存，有效期见标签；未用完的微孔板应4°C密封干燥保存。
<b>产品应用</b>	NebuEasy™ T2毒素ELISA试剂盒（产品编号：NBE-236796）可用于饲料、鱼、虾和肉类组织（如鸡、牛肉和猪肉），鸡蛋、蜂蜜、牛奶、血清和尿中 T-2 毒素 (T-2 toxin)的定量检测。
<b>检测原理</b>	本试剂盒采用直接竞争 ELISA 方法，在微孔板包被有 T-2 毒素 (T-2 toxin)偶联抗原，加入 T-2 毒素 (T-2 toxin)标准品或样品，游离 T-2 毒素 (T-2 toxin)与微孔板上预包被的 T-2 毒素 (T-2 toxin)偶联抗原互相竞争抗 T-2 毒素 (T-2 toxin)抗体酶标记物，用 TMB 底物显色，加入终止液后颜色由蓝色变为黄色，用酶标仪在 450nm 波长下进行检测，吸光值与样品中T-2 毒素 (T-2 toxin)含量成反比，通过标准曲线计算样品中 T-2 毒素 (T-2 toxin)的含量。
<b>试剂盒组分</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 预包被的 T-2 毒素 (T-2 toxin)偶联抗原的可拆酶标板：1 块 (12 孔×8 条)</li><li>◇ T-2 毒素 (T-2 toxin)标准品：6 瓶 (1ml/瓶)，含量分别是：0 ng/ml, 0.01 ng/ml, 0.02 ng/ml, 0.04ng/ml, 0.08 ng/ml, 0.16 ng/ml</li><li>◇ 抗 T-2 毒素 (T-2 toxin)抗体酶结合物：1 瓶 (6ml)</li><li>◇ 显色液 A：1 瓶 (6ml)</li><li>◇ 显色液 B：1 瓶 (6ml)</li><li>◇ 终止液：1 瓶 (6ml)，2M 硫酸</li><li>◇ 样本稀释液：1 瓶 (10×, 6ml)，用于样品稀释用</li><li>◇ 浓缩洗涤液：1 瓶 (20×, 20ml)，用于洗板</li><li>◇ 说明书一份</li></ul>
<b>需自行准备的材料</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 波长450nm酶标仪</li><li>◇ 粉碎机</li><li>◇ 量筒</li></ul>

# 产品说明书

产品编号: NBE-236796

版本号: RN6.1



- ◇ 振荡器
- ◇ 漏斗
- ◇ Whatman No.1或相当的滤纸
- ◇ 微量移液器
- ◇ 去离子水或蒸馏水
- ◇ 甲醇

## [操作步骤]

### 1.工作液准备:

- 1.1 T-2毒素 (T-2 toxin)标准品溶液: 0ng/ml,0.01ng/ml,0.02 ng/ml,0.04 ng/ml,0.08 ng/ml,0.16ng/ml。
- 1.2 浓缩洗涤液: 用蒸馏水按1:20(1+19)稀释备用。
- 1.3 样本稀释液: 用蒸馏水按1:10(1+9)稀释备用。
- 1.4 显色剂: 已备用, 避免光线直照。
- 1.5 反应终止液: 已备用。

### 2.样品处理:

注意: 样品在提取过程中, 要严格按说明书操作, 提取过程中应准确稀释, 否则会出现结果不准确, 样品应当保存在阴凉避光之处及冷藏保存。

- 2.1 取10g粉碎的样品, 加 20ml 70%甲醇溶液。
- 2.2 强力振荡3分钟。
- 2.3 用Whatman No 1滤纸过滤。
- 2.4 取25 $\mu$ l处理后的样品, 加入25 $\mu$ l样本稀释液于反应孔中 (样本稀释倍数为2)。

### 3.酶免分析步骤:

#### 3.1 实验须知

3.1.1 实验开始前请将所有试剂于盒外充分恢复至室温 ( $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ), 时间约2小时。回温至室温 ( $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) 后再取出微孔条, 多余的微孔条重新密封立即于 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 干燥保存。注意: 一定保证回温充分, 否则影响检测的精确度和准确度。

- 3.1.2 使用后请立即将试剂放回 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ 保存。
- 3.1.3 请不要改变分析程序。
- 3.1.4 请使用精确的微量移液器。
- 3.1.5 操作一旦开始, 请不要中断任何程序。
- 3.1.6 ELISA结果的可重复性极大程度的取决于操作程序, 请严格按照要求操作。
- 3.1.7 为避免交叉污染, 每个标准品和样品均应使用不同的吸头加样。
- 3.1.8 加样时请勿让吸头接触微孔中的溶液或内表面。

#### 3.2 分析步骤

- 3.2.1 预先进行编号, 标记B0、标准品和样品的位置, 推荐进行双孔检测。

# 产品说明书

产品编号: NBE-236796

版本号: RN6.1



- 3.2.2 取所需数量的微孔 (微孔条可拆) , 将多余板条重新密封并立即放回2~8°C保存。
- 3.2.3 样品稀释液 (10×) 、浓缩洗涤液 (20×) 稀释成工作液(蒸馏水或去离子水稀释)。
- 3.2.4 在B0孔中加入50μl 0.0 ng/ ml标准品溶液。
- 3.2.5 在各标准孔中加入50μl的标准品溶液。
- 3.2.6 在各样品孔中加入50μl样品溶液。
- 3.2.7 在所有孔中加入50μl的抗T-2毒素 (T-2 toxin)抗体酶结合物。
- 3.2.8 轻轻晃动反应板几秒钟。

## 3.3 37°C温浴30min

注意: 温浴过程中不时轻拍反应板, 可以减少双孔误差。

30分钟后, 甩掉孔中液体, 用洗液洗涤微孔板5次, 最后一次应在吸水纸上拍打以完全除去孔中液体。

## 3.4 反应

- 3.4.1 洗涤程序完成后, 立即用微量移液器在每个微孔中先加入50μl显色液A, 再加 50μl显色液B; 轻微晃动反应板使之彻底混匀。
- 3.4.2 37°C温浴10min。
- 3.4.3 每孔中加入50μl终止液, 混匀。
- 3.4.4 在450nm下检测吸光度, 结果在5min内读取。

## [结果计算]

### 1. 定量分析

1.1 所获得的每个浓度标准溶液和样本吸光度值的平均值 (B) 除以第一个标准 (0标准) 的吸光度值 (B0) 再乘以100%, 即百分吸光度值。

B—标准溶液或样本溶液的平均吸光度值

B0—0 ng/ml标准溶液的平均吸光度值

1.2 以T-2毒素 (T-2 toxin)浓度的对数值为X轴, 百分吸光度值为Y轴, 绘制标准曲线图。根据样品百分吸光度值, 可从曲线上得到对应点的横坐标, 即为T-2毒素 (T-2 toxin)浓度的对数值, 求得反对数即为测定液中T-2毒素 (T-2 toxin)浓度C (ng/ml) 。

1.3 由于样品经过了预先稀释, 因此根据标准曲线所得出的样品浓度一定要再乘以其稀释倍数。

### 2. 半定量测定

2.1 目测半定量测定: 首先选择一个适当的标准液与样品同运行, 根据样品与标准品颜色深浅比较, 判断样品浓度值是小于还是大于标准值。

2.2 仪器半定量测定: 首先选择一个适当的标准液与样品同运行, 根据样品与标准品吸光度值的高低比较, 判断样品浓度值是小于还是大于标准值。

## [注意事项]

- 1) 使用试剂盒前请仔细阅读说明书。
- 2) 不要使用过期试剂盒。

# 产品说明书

产品编号: NBE-236796

版本号: RN6.1



- 3) 试剂盒使用前, 将试剂恢复至室温 ( $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ), 建议至少回温2小时。
- 4) 标准品中含有T-2毒素 (T-2 toxin), 使用时应特别注意, 操作时应带手套。
- 5) 终止液中含有硫酸, 使用时防止灼伤皮肤及腐蚀衣物。
- 6) 不同标准品、样品所用吸头不能混用, 否则会影响试验结果。
- 7) 不同批号试剂盒中的试剂不得混用; 不同标准品、样品所用吸头不得混用, 否则会影响实验结果。
- 8) 稀释样本时必须用本试剂盒中的样本稀释液, 否则会影响实验结果。
- 9) 混合试剂时应避免起泡。
- 10) 本试剂盒检测为阳性的样品应该用另一种方法如HPLC或GC/MS加以确证。