

产品说明书

产品编号: NBE-232199

版本号: RN6.0



产品名称	NebuEasy™ 人载脂蛋白B(APOB)ELISA试剂盒
产品规格	48T/96T
检测范围	8μg/mL -200μg/mL
储存条件	4℃保存, 有效期见标签
产品应用	NebuEasy™ 人载脂蛋白B(APOB)ELISA试剂盒 (产品编号: NBE-232199) 可用于测定人血清、血浆及相关液体样本中载脂蛋白 B(APO-B)含量。
检测原理	本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人载脂蛋白 B(APO-B)水平。用纯化的人载脂蛋白 B(APO-B)抗体包被微孔板, 制成固相抗体, 往包被单抗的微孔中依次加入载脂蛋白B(APO-B), 再与 HRP 标记的载脂蛋白 B(APO-B)抗体结合, 形成抗体-抗原-酶标抗体复合物, 经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP 酶的催化下转化成蓝色, 并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的载脂蛋白 B(APO-B)呈正相关。用酶标仪在 450nm波长下测定吸光度 (OD 值), 通过标准曲线计算样品中人载脂蛋白 B(APO-B)浓度。
试剂盒组分	30×浓缩洗涤液 (20ml×1瓶) 酶标试剂 (6ml×1瓶) 酶标包被板 (12孔×8条) 样品稀释液 (6ml×1瓶) 显色剂A液 (6ml×1瓶) 显色剂B液 (6ml×1/瓶) 终止液 (6ml×1/瓶) 标准品 (400μg/mL) (0.5ml×1瓶) 标准品稀释液 (1.5ml×1瓶) 封板膜 (2张) 密封袋 (1个)

产品说明书

产品编号：NBE-232199

版本号：RN6.0



[操作步骤]

1. 标准品稀释：

标准品编号	标准品浓度	标准品配置方法
5号标准品	200 μ g/mL	将150 μ l的原始标准品加入150 μ l标准品稀释液
4号标准品	100 μ g/mL	将150 μ l的5号标准品加入150 μ l标准品稀释液
3号标准品	50 μ g/mL	将150 μ l的4号标准品加入150 μ l标准品稀释液
2号标准品	25 μ g/mL	将150 μ l的3号标准品加入150 μ l标准品稀释液
1号标准品	12.5 μ g/mL	将150 μ l的2号标准品加入150 μ l标准品稀释液

2. 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50 μ l，待测样品孔中先加样品稀释液40 μ l，然后再加待测样品10 μ l（样品最终稀释度为5倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及壁，轻轻晃动混匀。

3. 温育：用封板膜封板后置37 $^{\circ}$ C温育30分钟。

4. 配液：将30倍（48T的20倍）浓缩洗涤液用蒸馏水30倍（48T的20倍）稀释后备用。

5. 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此**重复5次**，拍干。

6. 加酶：每孔加入酶标试剂50 μ l，空白孔除外。

7. 温育：操作同步骤3。

8. 洗涤：操作同步骤5。

9. 显色：每孔先加入显色剂A 50 μ l，再加入显色剂B 50 μ l，轻轻震荡混匀，37 $^{\circ}$ C避光显色10分钟。

10. 终止：每孔加终止液50 μ l，终止反应（此时蓝色立转黄色）。

11. 测定：以空白孔调零，450nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。测定应在加终止液后15分钟以内进行。

[结果计算]

以标准物的浓度为横坐标，OD值为纵坐标，在坐标纸上绘出标准曲线，根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度；再乘以稀释倍数；或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式，将样品的OD值代入方程式，计算出样品浓度，再乘以稀释倍数，即为样品的实际浓度。

[注意事项]

1) 标本采集后尽早进行提取，提取按相关文献进行，提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验，可将标本放于-20 $^{\circ}$ C保存，但应避免反复冻融。另外，本试剂盒不能检测含NaN₃的样品，因NaN₃抑制辣根过氧化物酶的（HRP）活性。

2) 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡1小时后方可使用，酶标包被板开封后如未用完，板条应装入密封袋中保存。

3) 浓洗涤液可能会有结晶析出，稀释时可在水浴中加温助溶，洗涤时不影响结果。

4) 各步加样均应使用加样器，并经常校对其准确性，以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内，如

产品说明书

产品编号: NBE-232199

版本号: RN6.0



标本数量多, 推荐使用排枪加样。

5) 请每次测定的同时做标准曲线, 最好做复孔。如标本中待测物质含量过高 (样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值), 请先用样品稀释液稀释一定倍数 (n倍) 后再测定, 计算时请最后乘以总稀释倍数 ($\times n \times 5$)。

6) 封板膜只限一次性使用, 以避免交叉污染。

7) 底物请避光保存。

8) 严格按照说明书的操作进行, 试验结果判定必须以酶标仪读数为准

9) 所有样品, 洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。